eversense®

Continuous Glucose Monitoring System

Gebruikershandleiding voor het Data Management Systeem (DMS)

Eversense en het Eversense-logo zijn handelsmerken van Senseonics, Incorporated. Andere merken en hun producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren.

Eversense DMS bevat geen malware of computervirussen die schade kunnen doen aan uw computer. Het wordt aanbevolen om een geschikt firewallprogramma en een antivirusprogramma op uw computer te gebruiken om malware en virussen te vermijden.

Op https://global.eversensediabetes.com/ kunt u het privacybeleid van Eversense lezen.

Inhoud

Verklarende woordenlijst 4

I. Inleiding 6
Beoogd gebruik 6
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en privacyverklaring 7
Hulp en ondersteuning 7

2. Aan de slag 8
Nieuw account maken 9
Aanmelden 10
Wachtwoord vergeten 11
Uw profiel en het navigatiemenu 12
Profiel 13
Navigatiemenu 15
Dashboard 17
Datumbereik instellen 18
Samenvatting van sensorglucose 19
Tijd ten opzichte van doel en Rapporten 20
Systeeminformatie 22

3. Rapporten 23
Het rapport Glucosevariabiliteit 25
Het rapport Glucosetrend 27
Het rapport Glucosegeschiedenis 29
Het rapport Glucosedistributie 31
Rapport Logboek zender 33

4. Instellingen 36
Glucose 36

5. Zender 38
Apparaatgegevens uploaden 38

6. Gegevens delen 45
DMS Pro 45
Uw kliniek uitnodigen 45
Uitnodiging van uw kliniek 46
Uw kliniek verwijderen 46

7. Help 47
Info 47
Contact met ons opnemen 47
Mijn account inactiveren 48
Releaseopmerkingen 48

Verklarende woordenlijst

Automatische synchronisatie Als deze functie is ingeschakeld in de Eversense mobiele app, worden uw glucosegegevens en instellingen om de twee uur automatisch gesynchroniseerd met het Eversense DMS.

Bloedglucose De glucosewaarde die wordt gemeten met de vingerpriktest.

Bloedglucosemeter Een commercieel verkrijgbaar apparaat dat wordt gebruikt voor het meten van glucose aan de hand van een bloedmonster uit een vingerprik.

CGM Continuous Glucose Monitoring: continue glucosemonitoring. Continue monitoring waarbij elke paar minuten uw glucoseniveau in het interstitieel vocht wordt gemeten.

Contra-indicatie Een toestand of omstandigheid waarin iemand het apparaat niet dient te gebruiken.

EULA End User License Agreement (Licentieovereenkomst voor eindgebruikers).

Eversense App Softwareprogramma dat wordt geïnstalleerd op een mobiel apparaat en CGM-glucosegegevens weergeeft die zijn verzonden door de Smart-zender.

Eversense Data Management System (DMS) Een webtoepassing die compatibel is met de Eversense App en waarin uw glucosegegevens worden opgeslagen en kunnen worden weergegeven.

Interstitieel vocht Het vocht tussen cellen in het lichaam. De Eversense CGM meet glucose in een monster van interstitieel vocht, versus glucose in een bloedmonster van een vingerprik.

Kalibratie Een bloedglucosemeting van een vingerprikmonster dat in de Eversense App wordt ingevoerd om de nauwkeurigheid van het systeem te controleren. Er zijn twee fases bij het Eversense-systeem: De initialisatiefase, waarbij vier vingerpriktests nodig zijn, en de dagelijkse-kalibratiefase, waarbij twee keer per dag één vingerpriktest nodig is.

mg/dl Milligram per deciliter, een meeteenheid waarmee de concentratie van een substantie in een specifieke hoeveelheid vloeistof wordt aangegeven. In sommige landen, waaronder de VS, worden bloedglucosetestresultaten opgetekend in mg/dl. Hiermee wordt aangeduid hoeveel glucose zich in het bloed bevindt bij gebruik van een bloedglucosemeter, of hoeveel glucose zich in het interstitieel vocht bevindt bij gebruik van sommige CGM-systemen, zoals het Eversense CGM-systeem.

mmol/l Millimol per liter, een meeteenheid waarmee de concentratie van een substantie in een bepaalde hoeveelheid vloeistof wordt aangegeven. In veel landen, waaronder Nederland, worden glucosetestresultaten opgetekend als mmol/l. Hiermee wordt aangeduid hoeveel glucose zich in het bloed bevindt bij gebruik van een bloedglucosemeter, of hoeveel glucose zich in het interstitieel vocht bevindt bij gebruik van sommige CGM-systemen, zoals het Eversense CGM-systeem.

Sensor Een apparaat dat onderhuids wordt ingebracht voor het doorlopend meten van glucoseniveaus in interstitieel vocht.

Sensorglucose De glucosewaarde die wordt gemeten met de Eversense-sensor.

Smart-zender Een herbruikbaar apparaat dat extern op de ingebrachte sensor wordt gedragen, waarmee de sensor wordt aangedreven en glucose-informatie naar het mobiele apparaat wordt verzonden voor weergave in de Eversense App.

Toepassing Eversense Client Een desktoptoepassing waarmee computergebruikers gegevens van hun Smart-zender via een USB-kabel kunnen uploaden naar het Data Management Systeem.

I. Inleiding

Beoogd gebruik

Het Eversense Data Management System (DMS) is bestemd voor gebruik als accessoire voor compatibele Eversense CGM-producten. Het is een webgebaseerde toepassing waarmee u glucose-informatie uit uw Eversense CGM-systeem kunt bekijken, analyseren en opslaan. Met het DMS kunt u de gegevens uit uw Eversense CGM-systeem weergeven met een handige, eenvoudig te lezen indeling, wat nuttig is voor de behandeling van uw diabetes.

U kunt uw CGM-gegevens draadloos synchroniseren met het Eversense DMS via de functie 'Mijn gegevens delen' in de Eversense mobiele app. Computergebruikers kunnen bovendien gegevens van de Smart-zender uploaden via de USB-kabel die bij uw Eversense CGM-systeem is geleverd.

Opmerking: De gegevens die u uploadt, zijn identiek, ongeacht of u synchroniseert met de mobiele app of gebruikmaakt van de USB-kabel.

Kijk op https://global.eversensediabetes.com/ voor meer informatie over het Eversense CGM-systeem.

Eversense DMS is compatibel met:

- Internet Explorer
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Safari

Opmerking:

- Ga naar https://global.eversensediabetes.com/compatibility voor meer informatie over compatibele browsers en browserversies.
- Het uploaden van gegevens van de Smart-zender via de USB-kabel wordt alleen ondersteund op computers.
- Kijk regelmatig op https://global.eversensediabetes.com/compatibility om in de gaten te houden of de browservereisten zijn veranderd.

BELANGRIJK: **HET EVERSENSE DATA MANAGEMENT SYSTEM GEEFT GEEN MEDISCH ADVIES. NEEM GEEN BESLISSINGEN OVER DE BEHANDELING ZONDER TE OVERLEGGEN MET UW ZORGVERLENERS.**

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en privacyverklaring

Op gebruik van het Eversense DMS zijn de voorwaarden van de meest actuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Eversense en het privacybeleid van Eversense van toepassing. Deze documenten worden van tijd tot tijd bijgewerkt en worden geplaatst op https://global.eversensediabetes.com/.

Hulp en ondersteuning

Als u iets in deze gebruikershandleiding voor het DMS niet begrijpt, neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur of gaat u naar https://global.eversensediabetes.com/ om uw plaatselijke distributeur te vinden.

2. Aan de slag

Het Eversense DMS is een toepassing die u in een webbrowser kunt openen (webtoepassing) en waarmee u gegevens van uw Eversense mobiele app vanaf een compatibele smartphone automatisch kunt uploaden naar internet, waar deze worden opgeslagen en u ze kunt bekijken.

De desktopsoftware stelt uw computer in staat rechtstreeks te communiceren met de webtoepassing. Het is ook mogelijk uw gegevens via een kabel rechtstreeks van de Smart-zender naar uw Eversense DMS-account te uploaden. Als u dit wilt doen, dient u de Eversense Client-desktopsoftware te downloaden en installeren op uw computer. **Gegevens uploaden via de kabel is alleen mogelijk voor computergebruikers.**

Nieuw account maken

Voordat u Eversense DMS kunt gebruiken, dient u zich te registreren als gebruiker.

Als u al een account hebt gemaakt in de Eversense mobiele app, is het niet nodig een nieuw account te registreren.

1. **Ga naar www.eversensedms.com**
2. **Klik op 'Registreren'**
3. **Voer de gevraagde gegevens in**
4. **Klik op 'Verzenden'**

Opmerking: Nadat u zich voor het eerst hebt aangemeld, wordt u om veiligheidsredenen gevraagd een geheime vraag in te stellen. Uw geregistreerde e-mailadres en wachtwoord kunnen nu worden gebruikt om u aan te melden bij uw Eversense DMS-account en alle andere Eversense-producten.



2

Aanmelden

Telkens wanneer u het Eversense DMS wilt gebruiken, moet u zich eerst aanmelden.

1. **Ga naar www.eversensedms.com**
2. **Voer op de pagina Aanmelden uw e-mailadres en wachtwoord in**
3. **Klik op '<u>Aanmelden</u>'**



BELANGRIJK: **Na drie mislukte pogingen om u aan te melden, wordt uw Eversense DMS-account gedurende 30 minuten vergrendeld.**

Opmerking: Als u een uur lang inactief bent op de DMS-site, verschijnt er een pop-up waarin u wordt gevraagd '**Doorgaan**' te selecteren als u aangemeld wilt blijven.

Wachtwoord vergeten

Als u uw aanmeldingswachtwoord bent vergeten, kunt u eenvoudig een nieuw wachtwoord instellen.

1. **Klik op 'Wachtwoord vergeten?' op de pagina Aanmelden**
2. **Voer uw e-mailadres in zodra u daarom wordt gevraagd**
3. **Klik op 'E-mail verzenden'**



Er verschijnt een bericht waarin staat dat er een e-mail is verzonden met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

4. **Open de e-mail en klik op de link**

   Er wordt een webpagina geopend waar u een nieuw wachtwoord kunt instellen en bevestigen.
5. **Klik op 'Wachtwoord opnieuw instellen'**



*Er verschijnt een bericht waarin staat dat uw wachtwoord opnieuw is ingesteld. Selecteer de link '***klik hier***' om terug te gaan naar de pagina Aanmelden.*

Uw profiel en het navigatiemenu

Zodra u zich hebt aangemeld, wordt het dashboard weergegeven.

- Rechtsboven aan de pagina vindt u uw **profielinformatie**.
- Linksboven aan de pagina vindt u een **navigatiemenu**.



Profiel

Met deze functie rechtsboven in het dashboard kunt u uw naam of wachtwoord wijzigen, uw gebruikersprofiel bewerken of u afmelden bij de Eversense DMS-software.

Als u uw aanmeldingswachtwoord wilt wijzigen, kunt u eenvoudig een nieuw wachtwoord instellen.

1. **Klik op uw gebruikersnaam**

   Er wordt een drop-downmenu weergegeven met uw profielfoto, informatie over wanneer u zich voor het laatst had aangemeld en opties om uw profiel te bekijken of bewerken of u af te melden.

2. **Klik op 'Profiel' om 'Instellingen van gebruikersprofiel' te openen**



3. **Klik op 'Wachtwoord wijzigen' om uw huidige wachtwoord weer te geven en te wijzigen**

4. **Voer uw huidige wachtwoord in**

5. **Voer uw nieuwe wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord**

6. **Klik op 'Wachtwoord wijzigen' om uw wijzigingen op te slaan**



U kunt als volgt de informatie van uw privéaccount aanpassen:

1. **Klik op 'Accountinstellingen'**

2. **Ga naar de informatie die u wilt wijzigen**

   U kunt uw profielfoto wijzigen door de knop **Bestand kiezen** te selecteren en vervolgens een afbeelding te zoeken op uw computer. De profielfoto wordt veranderd voor alle compatibele Eversense-producten.



3. **Klik op 'Opslaan' om uw wijzigingen op te slaan**

   De pagina Instellingen van gebruikersprofiel wordt weer weergegeven. Klik linksboven in het navigatievenster op **'Dashboard'** om terug te keren naar het dashboard.

Navigatiemenu

Het navigatiemenu vindt u linksboven in het dashboard. U kunt het navigatiemenu openen en sluiten door te klikken op ≡. Klik op een knop van het menu om naar de desbetreffende selectie te navigeren.

Opmerking: Als u uw voorkeurstaal wilt instellen, klikt u op het pictogram van een vlag.

U kunt op het pictogram ⌄ klikken om een selectie uit te vouwen.





Opties in het menu	Functies
Dashboard	Terugkeren naar het dashboard
Rapporten	Rapporten weergeven, afdrukken en delen • Glucosevariabiliteit • Glucosetrend • Glucosegeschiedenis • Distributierapport • Logboek zender
Instellingen	Eversense DMS-parameters instellen • Glucose
Zender	• Apparaatgegevens uploaden • Clienttoepassing downloaden
Gegevens delen	DMS-account koppelen aan DMS Pro
Help	• Info • Contact • Account inactiveren • Releaseopmerkingen

Dashboard

Het dashboard bestaat uit verschillende delen:

- Selectie van datumbereik
- Samenvatting van sensorglucose
- Tijd ten opzichte van doel
- Rapporten
- Systeeminformatie
- Sneltoetsen om af te drukken of te e-mailen

Er worden nog geen gegevens weergegeven totdat u de glucosegegevens van de sensor hebt geüpload vanaf de Eversense mobiele app of uw Smart-zender.



Datumbereik instellen

Boven in het dashboard vindt u enkele opties voor een vooraf gedefinieerd datumbereik en een optie om zelf een datumbereik in te stellen. Het datumbereik bepaalt welke gegevens worden gebruikt voor analyses en hoe deze worden weergegeven op het dashboard en in alle rapporten.

U kunt de instellingen van het datumbereik als volgt aanpassen:

1. **Als u een gegevensset wilt weergeven die niet binnen een van de vooraf gedefinieerde opties voor het datumbereik valt, klikt u op de knop 'Aangepast bereik' om een drop-downkalender weer te geven.**



In een pop-upvenster kunt u dan het aangepaste datumbereik selecteren.

Opmerking: Via het DMS hebt u toegang tot gegevens van maximaal een jaar geleden.

2. **Selecteer de gewenste *begindatum* van het rapport**
3. **Selecteer de gewenste *einddatum* van het rapport**
4. **Klik op 'OK' zodra u klaar bent**





Samenvatting van sensorglucose

In dit gedeelte van het dashboard vindt u een overzicht van uw glucosegegevens.

De Samenvatting van sensorglucose bestaat uit uw:

- Geschatte A1C*
- Gemiddelde sensorglucose
- Hoogste sensorglucose
- Laagste sensorglucose
- Gemiddeld aantal kalibraties per dag
- Draagtijd**



* De geschatte A1C wordt alleen weergegeven wanneer de Smart-zender die aan het account is gekoppeld, ten minste 14 dagen aan gegevens heeft verzameld. Geschatte A1C is geen vervanging voor laboratoriumonderzoek.

** Draagtijd is het percentage van de tijd dat de Smart-zender is gedragen tijdens het datumbereik dat u hebt geselecteerd. 100% betekent dat de Smart-zender 23,5 uur per dag is gedragen. Het percentage heeft geen betrekking op de tijden waarin de glucose niet wordt weergegeven, zoals aan het begin van de initialisatiefase of wanneer er een waarschuwing wordt geactiveerd waardoor de glucose niet kan worden weergegeven.

Tijd ten opzichte van doel en Rapporten

Tijd ten opzichte van doel

In het dashboardgedeelte Tijd ten opzichte van doel ziet u een cirkeldiagram dat aangeeft welk percentage van de tijd uw glucosewaarden onder, binnen of boven het doelbereik liggen dat u hebt ingesteld bij uw glucose-instellingen.



Rapporten

In het dashboardgedeelte Rapporten ziet u in één oogopslag grafieken van uw glucosegegevens gedurende het geselecteerde datumbereik. U kunt kiezen uit rapporten van de Glucosevariabiliteit, Glucosetrend en Glucosegeschiedenis. Via het navigatievenster kunt u de pagina's met de volledige rapporten openen, waar u meer opties voor het datumbereik en rapporten vindt. Zie het gedeelte Rapporten in deze gebruikershandleiding voor meer informatie over de rapporten en hoe u deze gebruikt.



Systeeminformatie

Het gedeelte Systeeminformatie bevindt zich onder aan het dashboard.

In dit gedeelte vindt u uw:

- Serienummer van de zender
- Serienummer van de sensor
- Glucose-instellingen

  Glucose-instellingen kunt u wijzigen in het DMS en met uw Eversense mobiele app (zie *Instellingen* voor meer informatie).

3. Rapporten

Een van de belangrijkste aspecten van de toepassing Eversense DMS is de mogelijkheid om gedetailleerde rapporten over uw glucosegeschiedenis te genereren, af te drukken en te delen. Rapporten bieden verschillende manieren waarop u uw glucosemetingen kunt organiseren en visualiseren. Dit kan van moment tot moment, elke dag of over een periode van meerdere weken of maanden.

Opmerking: Als er geen gegevens worden weergegeven in het rapport dat u hebt geselecteerd, controleert u of er eerder glucosegegevens zijn geüpload voor het geselecteerde datumbereik. Als er nog steeds geen gegevens worden weergegeven, neemt u contact op met de klantenservice.

Filteren, afdrukken of e-mailen wat er in rapporten wordt weergegeven

Rechtsboven in elk rapport staan opties voor het wijzigen van uw rapportvoorkeuren en voor het afdrukken of e-mailen van het rapport.



Klik op			
Om dit te doen	**Rapportvoorkeuren wijzigen**	**Rapport afdrukken**	**Rapport e-mailen**
Hoe	Selecteer welke gebeurtenistypen, dagen van de week en andere opties worden weergegeven in rapporten. 	Klik op het pictogram om uw rapport om te zetten in een PDF-bestand dat u thuis kunt afdrukken.	Volg de aanwijzingen in het pop-upvenster om per e-mail een rapport naar een bepaalde ontvanger te sturen. 

Het rapport Glucosevariabiliteit

Het rapport Glucosevariabiliteit geeft informatie op twee manieren weer:

De trendgrafiek:

- Toont een overzicht van de glucosemetingen van een periode van 24 uur.
- Meerdere dagen aan gegevens worden in dezelfde grafiek getoond.
- Toont voor elk uur de maximale, minimale en gemiddelde glucosemeting.
- Biedt in één oogopslag een overzicht van de variaties in uw dagelijkse glucosespiegel.

Opmerking:

Plaats uw cursor boven een bepaalde gemiddelde sensormeting om de details van de metingen gedurende het uur te bekijken.



De tabel:

- Ordent glucosegegevens op periode van 4 uur.
- Biedt voor elke periode een gedetailleerde statistische analyse.
- Bevat het percentage metingen dat binnen, boven en onder het doelbereik voor glucose ligt.
- Geeft een overzicht van het insulinegebruik en koolhydraten die voor dezelfde periodes zijn ingevoerd.

Opmerking: Probeer het datumbereik van het rapport te verkleinen als het rapport niet juist wordt weergegeven. Bij een ongebruikelijk grote hoeveelheid gegevens functioneert het rapport mogelijk niet.

Glucose	06.00-10.00	10.00-14.00
% onder Waarschuwing laag	5 %	1 %
% boven Waarschuwing hoog	4 %	23 %
Aantal waarden boven Waarschuwing laag	83	21
Aantal waarden boven Waarschuwing hoog	78	407
% binnen doel	64 %	50 %
% onder doel	14 %	2 %
% boven doel	22 %	48 %
Glucosegemiddelde	6,4 mmol/L	8,5 mmol/L
Glucose laagst	2,2 mmol/L	3,1 mmol/L
Glucose hoogst	16,1 mmol/L	21,8 mmol/L
Standaardafwijking	2,1 mmol/L	3,6 mmol/L
Aantal waarden in 10e-90e percentiel	1.455	1.452
Totaal aantal glucosewaarden	1.804	1.806
Aantal dagen met ten minste één waarde	24	25
Gemiddeld aantal waarden per dag	75	72

Het rapport uitvoeren

1. **Selecteer Rapporten > Glucosevariabiliteit**

   Het datumbereik dat wordt weergegeven, is de laatst ingevoerde of geüploade week aan gegevens.

2. **Selecteer het datumbereik**

Opmerking: Als u het datumbereik van het rapport wilt wijzigen, volgt u de *instructies voor het instellen van het datumbereik* in het gedeelte over het *dashboard* in deze gebruikershandleiding.

Het rapport Glucosetrend

Het rapport Glucosetrend:

- Toont de afzonderlijke glucosemetingen van een periode van 24 uur.
- Toont meerdere dagen aan gegevens in dezelfde grafiek.
- Biedt een eenvoudige manier om variabiliteit tussen de dagen van de week te identificeren.

Het rapport uitvoeren

1. Selecteer **Rapporten > Glucosetrend**
2. Selecteer het datumbereik

Het rapport bekijken

De gegevenspunten in het rapport hebben een kleurcodering. Elke dag heeft een eigen kleur. Gebruik de selectievakjes boven het rapport om te kiezen welke dag(en) u wilt weergeven in de grafiek.



Opmerking:
Plaats uw cursor boven een bepaalde gemiddelde sensorglucosemeting om de details van die meting te bekijken.



Het rapport Glucosegeschiedenis

Het rapport Glucosegeschiedenis bevat een grafiek met de historische CGM-gegevens en handmatig ingevoerde gegevens. Het rapport Glucosegeschiedenis biedt een efficiënte manier om sensorglucosemetingen en kalibraties bij te houden.

Het rapport uitvoeren

1. Selecteer **Rapporten > Glucosegeschiedenis**
2. Selecteer het datumbereik

Het rapport bekijken

Elk gegevenspunt is een sensorglucosemeting. De gebeurtenissen die worden vastgelegd in de mobiele app, worden in het rapport weergegeven zodra ze worden geregistreerd. Als u een datumbereik van meer dan 30 dagen selecteert, worden gebeurtenissen als maaltijden en insuline niet weergegeven.



Opmerking: Plaats uw cursor boven een bepaalde gemiddelde sensorglucosemeting om de details van die meting te bekijken. U kunt de cursor ook boven een gebeurtenispictogram plaatsen om details van die gebeurtenis weer te geven.

Het rapport Glucosedistributie

Het rapport Glucosedistributie:

- Hierin worden uw glucosegegevens geordend op basis van uw glucosedoelen en -waarschuwingen en weergegeven in een cirkeldiagram.
- Toont afzonderlijke cirkeldiagrammen voor de huidige periode en voorgaande periodes.
- Het doelbereik kunt u instellen bij Glucose-instellingen.
- Biedt de mogelijkheid visueel te controleren in welke mate de metingen binnen het doel liggen gedurende het vooraf geselecteerde bereik en hoe ze in de loop der tijd veranderen.

Het rapport uitvoeren

1. Selecteer **Rapporten > Glucosedistributie**
2. Selecteer het datumbereik

Het rapport bekijken

In het rapport Glucosedistributie staan twee cirkeldiagrammen die zijn gebaseerd op een vooraf gedefinieerd datumbereik dat u selecteert. Het toont voor het geselecteerde datumbereik de huidige en de vorige set gegevens. Met deze gegevens kunt u vergelijken hoe de huidige situatie is veranderd ten opzichte van een eerder moment.



Rapport Logboek zender

Het rapport Logboek zender biedt een uitgebreid overzicht van gegevens in een geselecteerde periode.

In het rapport Logboek zender staan drie tabellen:

- **Bloedglucose:** Dit is een lijstweergave van alle handmatig ingevoerde glucosegebeurtenissen en gerelateerde gebeurtenissen in chronologische volgorde.
- **Ingevoerde gebeurtenissen:** Hier worden patiëntgebeurtenissen weergegeven die zijn ingevoerd met de Eversense mobiele app.
- **Sensorglucose:** Hier staan de glucosewaarden die de sensor heeft gemeten.

Het rapport uitvoeren

1. Selecteer **Rapporten > Logboek zender**
2. **Selecteer het datumbereik**

Het rapport bekijken

Gebeurtenissen worden weergegeven met informatie over de datum en tijd en:

- **Bloedglucose:** Glucosewaarde, eenheid, kalibratie
- **Ingevoerde gebeurtenissen:** Gebeurtenistype, subtype van gebeurtenis, waarde
- **Sensorglucose:** Glucosewaarde, eenheid, sensor-ID

Door op de kolomkop te klikken kunnen gebeurtenissen worden gesorteerd op oplopende of aflopende volgorde. Het aantal records wordt onder aan het logboek weergegeven.



Datum	Tijd	Bloedglucose	Eenheid	Kalibratie
15-december-2016	09:04	5,5	mmol/L	
15-december-2016	09:04	5,5	mmol/L	
15-december-2016	08:02	4,4	mmol/L	✓
15-december-2016	08:02	8,4	mmol/L	✓
14-december-2016	20:04	5,2	mmol/L	✓
14-december-2016	19:37	4,3	mmol/L	✓
14-december-2016	18:35	5,7	mmol/L	✓
14-december-2016	18:02	14,7	mmol/L	✓
14-december-2016	14:42	5,5	mmol/L	✓
14-december-2016	10:06	5,5	mmol/L	✓

Een symbool onder de kolom '**Kalibratie**' van de tabel Bloedglucose geeft aan of een glucosewaarde is gebruikt voor de kalibratie, niet is gebruikt of wordt gecontroleerd.

- **Gebruikt:** Een bloedglucosewaarde die u als kalibratie hebt ingevoerd en die door het systeem is geaccepteerd.
- **Niet gebruikt:** Een bloedglucosegebeurtenis die niet als kalibratie is ingevoerd of een kalibratie die u wel hebt ingevoerd, maar waarvan de waarde groter is dan 22,2 mmol/L of kleiner is dan 2,2 mmol/L.
- **Wordt gecontroleerd:** Een bloedglucosewaarde die u als kalibratie hebt ingevoerd, maar die sterk afwijkt van de sensorglucosewaarde, waardoor de invoer door het systeem moet worden gecontroleerd.

Als u '**Apparaatgeschiedenis**' selecteert, ziet u wanneer de sensor is ingebracht en de startdatum van de kalibratie.

Gegevens exporteren

Vanaf de pagina van het rapport Logboek zender kunt u gegevens exporteren in XLSX-indeling.

1. Selecteer **Rapporten > Logboek zender**
2. Selecteer boven aan de pagina '**Alles exporteren**' om alle gegevens van Logboek zender te exporteren als XLSX-bestand (Excel-spreadsheet)



4. Instellingen

Glucose

Met de glucose-instellingen kunt u uw glucosedoel en waarschuwingsniveaus aanpassen. Deze instelling heeft effect op de manier waarop glucosegegevens en gegevens van andere gebeurtenissen worden geordend en weergegeven in rapporten. Als u uw gegevens draadloos synchroniseert via de functie 'Mijn gegevens delen' van de mobiele app, worden de glucose-instellingen die in de app zijn opgeslagen, ook gesynchroniseerd met uw DMS-account.

Opmerking:

- De glucose-instellingen worden NIET gesynchroniseerd wanneer gegevens van de Smart-zender worden geüpload via de USB-kabel.
- Als u de instellingen in het DMS wijzigt, worden uw instellingen in de Eversense mobiele app NIET gewijzigd. U kunt de instellingen van uw Eversense CGM-systeem alleen rechtstreeks wijzigen via de Eversense CGM mobiele app.



Volg de onderstaande stappen als u de instellingen in uw Eversense DMS-account wilt wijzigen:

1. Selecteer **Instellingen > Glucose**
2. **Klik op de knop mg/dL of mmol/L rechts van Meeteenheid om te selecteren in welke eenheid u de glucosegegevens wilt weergeven**

   Als u de meeteenheid wijzigt, veranderen de waarden van het glucosebereik en waarschuwingsbereik mee.
3. **Klik op de knoppen -/+ rechts van Hoog doel en Laag doel om de boven- en onderlimieten van uw glucosedoelbereik aan te passen**
4. **Herhaal dit voor het glucosewaarschuwingsbereik**
5. **Zodra u klaar bent met de wijzigingen, klikt u op 'Opslaan' om de wijzigingen op te slaan**

Opmerking: De instellingen van het Eversense DMS hebben geen invloed op de instellingen van het Eversense CGM-systeem. Ze hebben alleen invloed op de manier waarop gegevens worden geordend en weergegeven in het Eversense DMS.

5. Zender

Apparaatgegevens uploaden

Uw CGM-gegevens kunnen draadloos naar uw DMS-account worden geüpload of u kunt de USB-kabel gebruiken die bij uw Eversense CGM-systeem is geleverd:

1. **Als Automatische synchronisatie is ingeschakeld in de Eversense mobiele app, worden uw CGM-gegevens om de twee uur automatisch geüpload naar uw DMS-account.**

   Tip: Uw mobiele apparaat moet een draadloze internetverbinding hebben om uw gegevens te kunnen synchroniseren via de Eversense mobiele app.

   Opmerking: U kunt gegevens handmatig uploaden door in de Eversense mobiele app naar 'Mijn gegevens delen' te gaan en te drukken op 'Synchronisatie starten' om uw CGM-gegevens draadloos te uploaden naar uw DMS-account.

2. **Pc-gebruikers kunnen bovendien gegevens van de Smart-zender uploaden via de USB-kabel die bij het Eversense CGM-systeem is geleverd. Om de gegevens van de Smart-zender te kunnen uploaden via de USB-kabel, moet u eerst de toepassing Eversense Client downloaden en installeren.**

   Opmerking: Tijdens het downloadproces verzamelt uw Smart-zender geen gegevens van de sensor.

U kunt de toepassing Eversense Client als volgt downloaden en installeren:

1. Selecteer **Zender > Clienttoepassing downloaden**

   De download start automatisch.

   Opmerking: Zodra de download is voltooid, ziet u mogelijk een waarschuwing van uw browser dat de installatiesoftware niet vaak wordt gedownload en mogelijk gevaarlijk is. Eversense DMS **bevat geen** malware of computervirussen die schade kunnen doen aan uw computer.



2. Voer de installatiesoftware uit

YU kunt ook op **'Opslaan'** klikken om de software op te slaan op uw computer en deze later te installeren.
Volg tijdens de installatie de aanwijzingen van de wizard InstallShield.

Voor gebruikers van Chrome:



Voor gebruikers van Internet Explorer of andere browsers:

3. Klik door de standaardopties om de software te installeren

a.



b.



c.



d.



e.


Eversense Client - InstallShield Wizard
Gereed om het programma te installeren
De wizard is gereed om met de installatie te beginnen.
Kies Installeren om de installatie te starten.
Kies Vorige als u de installatie-opties wilt bekijken of wijzigen. Kies Annuleren om de wizard af te sluiten.
InstallShield
< Vorige
Installeren
Annuleren

f.


Eversense Client - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard wordt voltooid
De wizard is onderbroken voordat Eversense Client volledig kon worden geïnstalleerd.
Uw systeem is niet aangepast. Voer Setup later opnieuw uit om de installatie te voltooien.
Kies Voltooien om de wizard af te sluiten.
< Vorige
Voltooien
Annuleren

U kunt gegevens van de Smart-zender als volgt uploaden naar uw DMS-account:

1. Open de toepassing Eversense Client via het **startmenu** > **Alle apps** > open de map **Eversense** > open de map **Eversense Client** > klik op het pictogram

2. Klik op **'Mijn zendergegevens uploaden'** en voer vervolgens het e-mailadres in waarmee u uw account en wachtwoord hebt gemaakt.





Tip: Als u het programma snel wilt openen via Windows, klikt u met de rechtermuisknop op het **pictogram van Eversense Client** en maakt u het vast aan de **taakbalk** of het **startmenu**.



3. **Sluit uw Smart-zender met de USB-kabel aan op uw computer en klik op 'Uploaden'**

4. **Klik op 'Ja' zodra u daarom wordt gevraagd, zodat u kunt beginnen met het uploaden van de gegevens van de Smart-zender naar uw account**

Opmerking: De eerste keer dat u de gegevens van uw Smart-zender uploadt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd of u wilt doorgaan. Als u al eerder gegevens van uw Smart-zender hebt geüpload, gaat u verder met stap 6.

5. **Klik op 'Ja' om door te gaan**

   De gegevens worden automatisch geüpload.

6. **Klik op 'OK' om door te gaan.**



Opmerking: Als u voor technische hulp contact opneemt met de klantenservice, wordt u mogelijk gevraagd het diagnoselogboek te uploaden. Dit wordt gebruikt om een diagnostisch logbestand van uw Smartzender naar de klantenservice te sturen. Deze functie wordt alleen gebruikt voor geavanceerde probleemoplossing waarbij de klantenservice helpt.



6. Gegevens delen

DMS Pro

U kunt uw Eversense DMS-account koppelen aan het Eversense DMS Pro-account van uw arts om uw DMS-rapporten te bekijken en analyseren.

Uw kliniek uitnodigen

Uw Eversense DMS-account koppelen aan het Eversense DMS Pro-account van uw kliniek:

1. **Voer het Eversense DMS Pro-klinieknummer van uw kliniek in en druk op de ENTER –toets op uw toetsenbord.**



Opmerking: Neem contact op met uw kliniek als u het Eversense DMS Pro-nummer van uw kliniek niet weet.

2. **Selecteer uw zorgverlener uit het Zorgverlener-vervolgkeuzemenu.**

3. **Klik op "Mijn gegevens delen"**

   De naam van de kliniek, naam van de zorgverlener, status en Gegevens delen worden weergegeven. De status wordt weergegeven als **In afwachting** totdat uw kliniek uw uitnodiging accepteert.

   Wanneer uw kliniek uw uitnodiging accepteert, wordt **In afwachting** gewijzigd naar **Geaccepteerd** en verandert het ✖ naar ✔ in de kolom Gegevens delen.

   Uw zorgverlener kan nu uw gegevens bekijken in hun Eversense DMS Pro-account.

Uitnodiging van uw kliniek

Uw kliniek kan u uitnodigen om uw gegevens te delen met hun Eversense DMS Pro-account.

U ontvangt dan een e-mail van DMS.Feedback@senseonics.com.

Klik op de link in de e-mail om uw rapporten te delen.

Wanneer u op de link klikt, wordt uw account toegevoegd aan het Eversense DMS Pro-account van uw kliniek.

Uw kliniek verwijderen

Om de toegang tot uw gegevens van uw kliniek te verwijderen, klikt u op aan het eind van hun rij.

U dient hen opnieuw uit te nodigen om hen toe te staan uw gegevens te bekijken of ze kunnen u uitnodigen om toegevoegd te worden aan hun kliniek vanuit hun Eversense DMS Pro-account.

7. Help

Info

Op deze pagina vindt u de recentste versies van het Eversense DMS en de toepassing Eversense Client

Contact met ons opnemen

Hier kunt u feedback over Eversense DMS indienen

BELANGRIJK: De feedback die u hier indient, wordt niet dag en nacht in de gaten gehouden. Neem voor vragen over uw Eversense CGM-systeem contact op met uw plaatselijke distributeur.

Mijn account inactiveren

BELANGRIJK: Als u uw Eversense DMS-account inactiveert, wordt uw account geïnactiveerd voor ALLE Eversense-producten.



7

Releaseopmerkingen

Bevat een overzicht van recente updates voor de Eversense DMS-software.

Opmerking: Als er een update voor de Eversense DMS-software beschikbaar is, wordt boven aan de site een banner weergegeven. Klik op de banner om de lijst met updates weer te geven.

Notities

Gedistribueerd door:

Nederland
Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V.
Vermogenweg 107
3641 SR Mijdrecht
Nederland
0800 235 22 937
www.ascensia.com/eversense

eversense®

Geproduceerd door Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
844.SENSE4U | 301.515.7260
(844.736.7348)

global.eversensediabetes.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, Den Haag
Nederland

CE 2797
Authorised 2016

(241) LBL-0806-53-101_REV_D

© Senseonics, Inc. 2020 PN: LBL-0806-53-101 Rev D 02/2022